


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/03/2026 - 08/03/2026
Dias de utilização	2/2 dias (100%)	
>= 4 horas	2 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	13 horas 28 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 44 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 44 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 44 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/03/2026)	2,206 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882369
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.1	Percentil 95.º: 9.7	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 19.2	Percentil 95.º: 42.0	Máximo: 47.4	
Eventos por hora	IA: 11.0	IH: 2.1	IAH: 13.1	
Índice de apneia	Central: 4.5	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid	5.7
Índice RERA	1.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 horas 3 minutos (16%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882369

