


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/04/2026 - 21/04/2026
Dias de utilização	16/16 dias (100%)	
>= 4 horas	16 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	84 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 17 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 18 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/04/2026)	84 horas	

AirSense 10 Elite	
Número de série	22242259160
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.5	Percentil 95.º: 18.9	Máximo: 25.7	
Eventos por hora	IA: 6.4	IH: 1.6	IAH: 8.0	
Índice de apneia	Central: 6.3	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	21 minutos (7%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22242259160


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

