


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/03/2026 - 22/03/2026
Dias de utilização	10/10 dias (100%)	
>= 4 horas	10 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	70 horas 41 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 4 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 4 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/03/2026)	2,305 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882369
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 6.0	Percentil 95.º: 21.7	Máximo: 26.5	
Eventos por hora	IA: 1.9	IH: 1.6	IAH: 3.5	
Índice de apneia	Central: 1.9	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	29 minutos (7%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882369


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

