


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/02/2026 - 04/03/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	284 horas 29 minutos	
Utilização média (total de dias)	9 horas 29 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	9 horas 29 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	9 horas 38 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/03/2026)	5,702 horas	

AirSense 10 Elite	
Número de série	22222628255
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 30.6	
Eventos por hora	IA: 2.9	IH: 2.0	IAH: 4.9	
Índice de apneia	Central: 1.6	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	2 minutos (1%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 Elite

NS: 22222628255

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**

>= 4 horas dias

30 (100 %)


< 4 horas dias

0 (0 %)

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **9,5 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **30,6**

% 95.º (méd.) **7,0**

Mediana (méd.) **0,0**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa,**

1.0

Pressão definida **6,0**



IAH (eventos/hora)

IAH

4.9

IH

2.0

IA

2.9

IAC

1,6

IAO

1,1

IAD

0,1

RERA

0,6

%RCS (méd.)

0.5

