



Nome do Paciente: DANIEL MARCOS DA
ID do Paciente:
Relatório preparado por:
Relatório gerado em: 2026/03/12

RELATÓRIO DE TRATAMENTO

Perfil do Paciente

Informação Básica

Nome: DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA
Gênero: Masculino Idade: 45 Data de Nascimento: 1980/02/08
Altura: 0.0cm Peso: 0.0kg ID do Paciente: IMC: 0.0

Informações de Contato

Endereço:
Número de telefone: E-mail:

Informação do Médico

Clínica / Hospital:
Nome do Médico: Departamento:

Seguro

Seguradora:
Número de Membro: Membro desde: 2025/10/10

Informação do Dispositivo

Tipo de Dispositivo:	Auto CPAP	Modelo do Dispositivo:	G2S A20
NS do Dispositivo:	ES424A09005	Versão do Firmware:	G2.1-
ID de Configuração:			
Tipo de Módulo de Dados:	Outro tipo	Modelo de Módulo de Dados:	
NS do Módulo de Dados:		Versão do Firmware:	
Modelo do Humidificador:		NS do Humidificador:	
Tipo de Máscara:	Máscara Nasal	Modelo de Máscara:	
Tamanho da Máscara:		Data de Substituição:	
Tipo de Tubo :	22 mm normal	Data de Substituição:	

Configurações Atuais


Terapia

Modo:	AutoCPAP		
P Inicial :	6.0 cmH2O		
APAP Mín:	6.0 cmH2O	Sensibilidade:	4
APAP Máx:	8.5 cmH2O	Alerta de Fuga:	Desligado

Conforto

Tempo de Rampa: 0 min Auto On: Ligado Humidificador: 3
Reslex: 1 Auto Off: Ligado Tipo de Máscara: Máscara Nasal
Tipo de Tubo do Ar: 22 mm normal

Lista Diária



	Tempo de Uso	P Média	P95	IAH	Fuga
2026-02-09	03:42	7.0	8.0	1.9	2.6
2026-02-10	04:08	6.5	8.0	1.2	0.5

	Tempo de Uso	P Média	P95	IAH	Fuga
2026-02-11	06:29	7.0	8.0	0.5	1.3
2026-02-12	02:40	6.5	7.5	0.4	0.0
2026-02-13	06:54	7.0	8.5	0.7	0.1
2026-02-14	00:08	6.0	6.0	0.0	0.0
2026-02-15	00:00	-	-	-	-
2026-02-16	06:50	7.0	8.0	1.0	1.8
2026-02-17	06:49	7.0	8.5	1.5	1.1
2026-02-18	04:37	7.0	8.5	0.6	0.0
2026-02-19	03:51	7.0	8.5	6.2	0.1
2026-02-20	00:03	6.0	6.0	0.0	0.0
2026-02-21	05:40	6.5	8.0	1.1	0.2
2026-02-22	03:29	6.5	8.0	1.4	3.5
2026-02-23	04:22	7.0	8.0	1.8	0.0
2026-02-24	00:00	-	-	-	-
2026-02-25	00:00	-	-	-	-
2026-02-26	00:00	-	-	-	-
2026-02-27	02:10	6.0	7.0	0.0	0.3
2026-02-28	01:53	6.5	8.5	3.2	0.1
2026-03-01	03:33	7.5	8.5	3.4	0.0
2026-03-02	03:54	6.5	8.5	1.8	2.7
2026-03-03	00:00	-	-	-	-
2026-03-04	02:27	7.0	8.0	1.6	1.0
2026-03-05	00:00	-	-	-	-
2026-03-06	06:23	7.0	8.5	1.6	0.5
2026-03-07	02:13	7.0	8.0	0.5	0.4
2026-03-08	00:25	6.0	6.0	2.4	2.6
2026-03-09	00:00	-	-	-	-
2026-03-10	00:00	-	-	-	-

Estatísticas

Total de Uso

Data de Início	2026-02-09	Data de Fim	2026-03-10
Total de Dias	30		
Total de dias com uso	22	% Total de dias com uso	73%
Dias com uso >= 4.0 horas	9	% De dias com uso >= 4.0 horas	30%
Dias com uso < 4.0 horas	13	% De dias com uso < 4.0 horas	43%
Dias sem uso	8	% Dias sem uso	27%
Tempo total de uso (hh:mm)	82:40	Média de tempo de uso diário	2.0
Média de tempo de uso diário (apenas dias com uso)	03:45	Média de tempo de uso diário (total de dias)	02:45

Pressão

Média: 6.9 cmH2O Mediana: 6.7 cmH2O Percentil 95: 8.2 cmH2O Máxima: 8.4 cmH2O


Índices Respiratórios

Índice de Apnéia (IA): 1.0 Índice de Hipopneia (IH): 0.5
Índice de Apneia e Hipopneia (IAH): 1.5 Índice de Apneia Obstrutiva (IAO): 0.9
Índice de Apneia Central (IAC): 0.1

Fuga(L/min)

Média: 0.9 LPM Mediana: 0.0 LPM Percentil 95: 4.0 LPM Máxima: 15.1 LPM
Tempo de Fuga Grande (> 90 L/min) (hh:mm): 00:00
% Tempo de Fuga Grande (> 90 L/min): 0%

Gráficos Resumidos





Comentário