

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

07/02/2026 - 08/03/2026

Dias de utilização

30/30 dias (100%)

>= 4 horas

29 dias (97%)

< 4 horas

1 dias (3%)

Horas de utilização

162 horas 0 minutos

Utilização média (total de dias)

5 horas 24 minutos

Utilização média (dias de utilização)

5 horas 24 minutos

Utilização mediana (dias de utilização)

5 horas 20 minutos

Total de horas de uso (último reset de valores - 08/03/2026)

3,132 horas

AirSense 10 AutoSet

Número de série

22232882357

Modo

AutoSet

Pressão mín.

6 cmH2O

Pressão máx.

8 cmH2O

EPR

Apenas rampa

Nível de EPR

3

Resposta

Suave

Terapia

Pressão — cmH2O

Mediana: 6.8

Percentil 95.º: 7.8

Máximo: 7.9

Fugas — l/min

Mediana: 7.5

Percentil 95.º: 36.8

Máximo: 44.6

Eventos por hora

IA: 0.9

IH: 0.3

IAH: 1.2

Índice de apneia

Central: 0.1

Obstrutiva: 0.6

Desconhecid 0.1


Índice RERA

0.0

Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)

0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882357


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

