


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/02/2026 - 11/03/2026
Dias de utilização	23/30 dias (77%)	
>= 4 horas	20 dias (67%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	223 horas 25 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 27 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	9 horas 43 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	10 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/03/2026)	20,341 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22201107730
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	7.8	Percentil 95.º:	10.6	Máximo:	11.3
Fugas — l/min	Mediana:	4.7	Percentil 95.º:	27.1	Máximo:	42.8
Eventos por hora	IA:	1.8	IH:	0.3	IAH:	2.1
Índice de apneia	Central:	0.2	Obstrutiva:	1.4	Desconhecid	0.1
Índice RERA						0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201107730


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

