


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/03/2026 - 12/03/2026
Dias de utilização		1/2 dias (50%)
>= 4 horas		1 dias (50%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		7 horas 34 minutos
Utilização média (total de dias)		3 horas 47 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 34 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 34 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/03/2026)		4,782 horas

AirCurve 10 ST-A	
Número de série	22221464267
Modo	Espon.
IPAP	14 cmH2O
EPAP	10 cmH2O

Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 16.8	Percentil 95.º: 31.2	Máximo: 81.6
Eventos por hora	IA: 32.9	IH: 14.9	IAH: 47.8

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirCurve 10 ST-A

NS: 22221464267

Utilização (horas)

Dias de utilização1/2 (50 %)


>= 4 horas dias1 (50 %)

< 4 horas dias0 (0 %)

Dias sem utilização0 (0 %)

Dias sem dados1 (50 %)

Utilização/dia (méd.)7,6 h




Fuga (l/min)

Limite definido24,0 L/min

Máximo (méd.)81,6

% 95.º (méd.)31,2

Mediana (méd.)16,8




Pressão (cmH2O)

Modo

Definir IPAP14,0

Definir EPAP10,0




IAH (eventos/hora)

IAH47.8

IH14.9

IA32.9



Relatório de terapia

AirCurve 10 ST-A

NS: 22221464267

