


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |  | 17/03/2026 - 20/03/2026 |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| Dias de utilização                                           |  | 4/4 dias (100%)         |
| >= 4 horas                                                   |  | 4 dias (100%)           |
| < 4 horas                                                    |  | 0 dias (0%)             |
| Horas de utilização                                          |  | 26 horas 54 minutos     |
| Utilização média (total de dias)                             |  | 6 horas 44 minutos      |
| Utilização média (dias de utilização)                        |  | 6 horas 44 minutos      |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      |  | 6 horas 21 minutos      |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 20/03/2026) |  | 3,109 horas             |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22221596628  |
| Modo                | AutoSet      |
| Pressão mín.        | 4 cmH2O      |
| Pressão máx.        | 7.6 cmH2O    |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |
| Resposta            | Suave        |

| Terapia                                            |              |                      |              |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 6.8 | Percentil 95.º: 7.6  | Máximo: 7.6  |                |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 7.2 | Percentil 95.º: 24.3 | Máximo: 39.3 |                |
| Eventos por hora                                   | IA: 1.8      | IH: 3.1              | IAH: 4.9     |                |
| Índice de apneia                                   | Central: 1.5 | Obstrutiva: 0.2      | Desconhecid  | 0.1            |
| Índice RERA                                        |              |                      |              | 0.2            |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) |              |                      |              | 4 minutos (1%) |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221596628


## Utilização (horas)



## Fuga (l/min)



## Pressão (cmH2O)



## IAH (eventos/hora)

