


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/02/2026 - 16/03/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	255 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/03/2026)	6,355 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222485024
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 5.6	Percentil 95.º: 19.0	Máximo: 33.8	
Eventos por hora	IA: 5.1	IH: 3.5	IAH: 8.6	
Índice de apneia	Central: 4.6	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.4
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	35 minutos (7%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222485024


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

