


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/03/2026 - 28/03/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	41 horas 21 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 54 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 54 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 9 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/03/2026)	2,826 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882362
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8.4 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.1	Percentil 95.º: 8.4	Máximo: 8.4	
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 14.6	Máximo: 38.0	
Eventos por hora	IA: 6.5	IH: 0.1	IAH: 6.6	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 6.4	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882362


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

