


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/04/2026 - 06/05/2026
Dias de utilização	24/24 dias (100%)	
>= 4 horas	23 dias (96%)	
< 4 horas	1 dias (4%)	
Horas de utilização	178 horas 56 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 27 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 27 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 37 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/05/2026)	295 horas	

AirSense 11 AutoSet	
Número de série	22252033484
Modo	AutoSet for Her
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.8	Percentil 95.º: 7.8	Máximo: 8.0	
Fugas — l/min	Mediana: 1.6	Percentil 95.º: 21.0	Máximo: 31.3	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 0.7	IAH: 1.6	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252033484

Utilização (horas)

Dias de utilização **24/24 (100 %)**

>= 4 horas dias

23 (96 %)

< 4 horas dias

1 (4 %)

Dias sem utilização


0 (0 %)

Dias sem dados

0 (0 %)

Utilização/dia (méd.)

7,5 h



Fuga (l/min)

Limite definido

24,0 L/min

Máximo (méd.)


31,2

% 95.º (méd.)

21,0

Mediana (méd.)

1,6



Pressão (cmH2O)

Modo

AutoSet for Her

Definir EPR

Apenas rampa, 1.0

Definir pressão máx.

8,0

Definir pressão mín.

4,0

Máximo (méd.)


8,0

% 95.º (méd.)

7,8

Mediana (méd.)

7,8



IAH (eventos/hora)

IAH

1.6

IH

0.7

IA

0.9

IAC

0.8

IAO

0.1

IAD


0.0

RERA

0.3

%RCS (méd.)

0.0




Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252033484


Volume corrente (ml)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)




Frequência respiratória (respirações/min)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)



Ventilação por minuto (l/min)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)



Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252033484

Care Check-In

04/05/2026	
Quão sonolento você se sentiu esta semana?	Não me senti sonolento 
Como está sua terapia?	Bem 
25/04/2026	
Quão sonolento você se sentiu esta semana?	Moderadamente sonolento 
Como está sua terapia?	OK 
O que mais incomoda você?	Colocação da máscara
17/04/2026	
Quão sonolento você se sentiu esta semana?	Levemente sonolento 
Como está sua terapia?	Bem 
10/04/2026	
Quão sonolento você se sentiu esta semana?	Levemente sonolento 
Como está sua terapia?	Bem 
31/03/2026	
Como está sua terapia?	Desafiadora 
O que mais incomoda você?	Dispositivo

Sobre o Care Check-In

São realizadas pesquisas curtas com pacientes em dispositivos ResMed selecionados (incluindo Air11™) e no aplicativo myAir para entender melhor como o paciente está se saindo com a terapia. Se o paciente consentir, podemos compartilhar informações do Care Check-in por meio do AirView para usuários clínicos.

Perguntas e respostas

No início da terapia, é feita uma pergunta de referência ao paciente. Algumas perguntas adicionais são feitas, cerca de uma vez por semana, durante os estágios iniciais da terapia. As perguntas variam de acordo com o tipo de dispositivo. Por exemplo, para um dispositivo específico, você poderá ver perguntas deste tipo:

Quão sonolento você se sentiu esta semana? Extremamente, Muito, Moderado, Levemente, Não me senti sonolento