


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                      | 15/02/2026 - 16/03/2026 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 22/30 dias (73%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 16 dias (53%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 6 dias (20%)         |                         |
| Horas de utilização                                          | 113 horas 23 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 3 horas 47 minutos   |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 5 horas 9 minutos    |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 4 horas 44 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 16/03/2026) | 8,878 horas          |                         |

| AirSense 10 AutoSet |             |
|---------------------|-------------|
| Número de série     | 22201668656 |
| Modo                | AutoSet     |
| Pressão mín.        | 4 cmH2O     |
| Pressão máx.        | 14 cmH2O    |
| EPR                 | Tempo total |
| Nível de EPR        | 2           |
| Resposta            | Padrão      |

| Terapia                                            |          |     |                 |      |                |      |
|----------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|------|----------------|------|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: | 8.1 | Percentil 95.º: | 11.3 | Máximo:        | 12.2 |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: | 6.5 | Percentil 95.º: | 22.7 | Máximo:        | 31.5 |
| Eventos por hora                                   | IA:      | 1.2 | IH:             | 0.3  | IAH:           | 1.5  |
| Índice de apneia                                   | Central: | 0.2 | Obstrutiva:     | 0.9  | Desconhecid    | 0.0  |
| Índice RERA                                        |          |     |                 |      |                | 0.0  |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) |          |     |                 |      | 0 minutos (0%) |      |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201668656


## Utilização (horas)



## Fuga (l/min)



## Pressão (cmH2O)



## IAH (eventos/hora)

