

Data de nasc:	04/04/1957	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	09/03/2026 - 15/03/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	16/05/2025
ID do paciente:	ANTONIO CARLOSDA ...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37066291290E				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 09/03/2026 - 15/03/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	09/03/2026 - 15/03/2026 (7 dias)
Dias com uso do aparelho	6 dias
Dias sem uso do aparelho	1 dia
Porcentagem de dias com uso do aparelho	85,7%
Uso acumulado	2 dias 4 horas. 54 min. 18 segundos.
Uso máximo (1 dia)	11 horas. 12 min. 35 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7 horas. 33 min. 28 segundos.
Média de uso (dias de uso)	8 horas. 49 min. 3 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	6 horas. 43 min. 49 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	85,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	14,3%
Tempo total com soprador	2 dias 11 horas. 53 min. 13 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,9 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	10,1 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	11,4 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	11 min. 50 segundos.
Média de IAH	5,9

Definições do Dispositivo a partir de 15/03/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	20 cmH2O
Configuração A-Flex	3
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Desativado
Tipo de rampa	Linear
Tempo de rampa	30 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Ativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	2
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

