


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/04/2026 - 06/05/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	187 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 14 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 27 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 51 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/05/2026)	178 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22251051683
Modo	CPAP
Pressão definida	5.4 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.9	Percentil 95.º: 11.8	Máximo: 20.9	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.3	IAH: 1.5	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.9	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22251051683


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

