


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/03/2026 - 23/03/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		50 horas 27 minutos
Utilização média (total de dias)		7 horas 12 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 12 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 24 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/03/2026)		2,518 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653863
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	6 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.6	Percentil 95.º: 7.2	Máximo: 8.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.7	Percentil 95.º: 13.9	Máximo: 26.6	
Eventos por hora	IA: 1.3	IH: 0.2	IAH: 1.5	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653863

