


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/03/2026 - 17/04/2026
Dias de utilização	30/31 dias (97%)	
>= 4 horas	27 dias (87%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	171 horas 43 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 32 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 43 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 57 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/04/2026)	2,465 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881641
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.8	Percentil 95.º: 8.6	Máximo: 9.6	
Fugas — l/min	Mediana: 3.6	Percentil 95.º: 19.0	Máximo: 46.5	
Eventos por hora	IA: 1.3	IH: 0.2	IAH: 1.5	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.4
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881641

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/31 (97 %)**


>= 4 horas dias 27 (87 %)

< 4 horas dias 3 (10 %)

Dias sem utilização **1 (3 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **5,7 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **46,5**

% 95.º (méd.) 19,0

Mediana (méd.) 3,6



Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Desl.**


Definir pressão máx. **10,0**

Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **9,6**

% 95.º (méd.) 8,6

Mediana (méd.) **5,8**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC **0,3**

IAO **0,6**

IAD **0,4**

RERA **0,1**

%RCS (méd.) **0,0**

