

**AMARAL, MARIA CONSUELO****Relatório de resumo**

|                 |                                                                           |              |                                  |                       |                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Data de nasc:   | 16/11/1945                                                                | Organização: | FARIA E MATOS COMERCIO DE...     | Intervalo de datas:   | 31/03/2026 - 06/04/2026 |
| Referência:     |                                                                           | Morada:      | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA  | Data de configuração: | 18/03/2026              |
| ID do paciente: | MARIA CONSUELO AM...                                                      |              | São José dos Campos, SP 12243690 | Máscara:              |                         |
| Telefone:       |                                                                           |              |                                  | App vinculado:        |                         |
| Telefone:       |                                                                           |              |                                  |                       |                         |
| Dispositivos:   | DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J3762462290C0 |              |                                  |                       |                         |

**Equipa de cuidados médicos**

|                            |                                                    |                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA | FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**Informações de aderência à terapêutica** 31/03/2026 - 06/04/2026**Resumo de aderência à terapêutica**

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Intervalo de datas                      | 31/03/2026 - 06/04/2026 (7 dias)    |
| Dias com uso do aparelho                | 7 dias                              |
| Dias sem uso do aparelho                | 0 dias                              |
| Porcentagem de dias com uso do aparelho | 100,0%                              |
| Uso acumulado                           | 1 dia 18horas. 27 min. 15 segundos. |
| Uso máximo (1 dia)                      | 8horas. 4 min. 32 segundos.         |
| Média de uso (todos os dias)            | 6horas. 3 min. 53 segundos.         |
| Média de uso (dias de uso)              | 6horas. 3 min. 53 segundos.         |
| Uso mínimo (1 dia)                      | 2horas. 50 min. 56 segundos.        |
| Porcentagem de dias com uso >= 4 horas  | 71,4%                               |
| Porcentagem de dias com uso < 4 horas   | 28,6%                               |
| Tempo total com soprador                | 2 dias 6horas. 37 min. 22 segundos. |

**Resumo de Auto-CPAP**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Pressão média de Auto-CPAP                 | 7,9 cmH2O            |
| Média de pico de pressão de Auto-CPAP      | 8,8 cmH2O            |
| De pressão do aparelho <= 90% do tempo     | 10,0 cmH2O           |
| Média do tempo em vazamento grande por dia | 33 min. 26 segundos. |
| Média de IAH                               | 16,2                 |




Definições do Dispositivo a partir de 06/04/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - C-Flex

## Configurações do dispositivo

| Parâmetro                                        | Valor                  |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Pressão mín.                                     | 6 cmH <sub>2</sub> O   |
| Pressão máx.                                     | 10 cmH <sub>2</sub> O  |
| Configuração C-Flex                              | 1                      |
| Bloqueio C-Flex                                  | Desativado             |
| Desativação automática                           | Ativado                |
| Ativação automática                              | Ativado                |
| Exibir telas opcionais                           | Ativado                |
| Tipo de rampa                                    | SmartRamp              |
| Tempo de rampa                                   | 5 minutos              |
| Pressão inicial de rampa                         | 4,0 cmH <sub>2</sub> O |
| Resistência da máscara                           | Desativado             |
| Trava da resistência da máscara                  | Desativado             |
| Tipo de tubo                                     | 15                     |
| Trava do tipo de tubo                            | Desativado             |
| Opti-Start                                       | Desativado             |
| EZ-Start                                         | Desativado             |
| Temperatura do tubo                              | 3                      |
| Umidificador                                     | 4                      |
| Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido | Adaptável              |

## Horas de uso



## Ajustes de umidificação do aparelho

