

AMARAL, MARIA CONSUELO

Relatório de resumo

Data de nasc:	16/11/1945	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	09/04/2026 - 22/04/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	18/03/2026
ID do paciente:	MARIA CONSUELO AM...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J3762462290C0				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 09/04/2026 - 22/04/2026



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	09/04/2026 - 22/04/2026 (14 dias)
Dias com uso do aparelho	14 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	3 dias 16horas. 12 min. 22 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 34 min. 40 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 18 min. 1 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 18 min. 1 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	3horas. 19 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	92,9%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	7,1%
Tempo total com soprador	4 dias 3horas. 43 min. 19 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,7 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	12,5 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	11,7 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	29 min. 21 segundos.
Média de IAH	14,9




Definições do Dispositivo a partir de 22/04/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	13 cmH2O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

