

AMARAL, MARIA CONSUELO**Relatório de resumo**

Data de nasc:	16/11/1945	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	24/03/2026 - 30/03/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	18/03/2026
ID do paciente:	MARIA CONSUELO AM...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J3762462290C0				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 24/03/2026 - 30/03/2026**Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	24/03/2026 - 30/03/2026 (7 dias)
Dias com uso do aparelho	5 dias
Dias sem uso do aparelho	2 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	71,4%
Uso acumulado	1 dia 8horas. 43 min. 58 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 45 min. 6 segundos.
Média de uso (todos os dias)	4horas. 40 min. 34 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 32 min. 47 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	3horas. 21 min. 26 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	57,1%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	42,9%
Tempo total com soprador	1 dia 14horas. 22 min. 34 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	6,0 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	7,7 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,7 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	19 min. 24 segundos.
Média de IAH	12,1




Definições do Dispositivo a partir de 30/03/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	4 cmH ₂ O
Pressão máx.	10 cmH ₂ O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

