

DE OLIVEIRA, DAVI LUIZ

Relatório de resumo

Data de nasc:	13/03/1991	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	31/03/2026 - 13/04/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	24/03/2026
ID do paciente:	DAVI LUIZDE OLIVE...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J25750431FE24				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 31/03/2026 - 13/04/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	31/03/2026 - 13/04/2026 (14 dias)
Dias com uso do aparelho	14 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	4 dias 16horas. 30 min. 15 segundos.
Uso máximo (1 dia)	10horas. 52 min. 27 segundos.
Média de uso (todos os dias)	8horas. 2 min. 9 segundos.
Média de uso (dias de uso)	8horas. 2 min. 9 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	4horas. 33 min. 18 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	4 dias 16horas. 30 min. 17 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,5 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	9,4 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	10,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	4 segundos.
Média de IAH	4,0




Definições do Dispositivo a partir de 13/04/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

