

DE MELO, EDSON BRAULIO

Data de nasc: 26/03/1944

Referência:

ID do paciente:

Telefone:

Telefone:

Dispositivos: DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J366873234E44

Organização:

Morada:

FARIA E MATOS COMERCIO DE...

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA
São José dos Campos, SP 12243690

Intervalo de datas: 23/02/2026 - 24/03/2026

Data de configuração: 12/09/2024

Máscara:

App vinculado:

Relatório de resumo

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA
CLAUDIA

FARIA E MATOS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
Campos - SP, 12243690, BRA

Informações de aderência à terapêutica 23/02/2026 - 24/03/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	23/02/2026 - 24/03/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	27 dias
Dias sem uso do aparelho	3 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	90,0%
Uso acumulado	6 dias 9 horas. 52 min. 11 segundos.
Uso máximo (1 dia)	7 horas. 43 min. 53 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5 horas. 7 min. 44 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5 horas. 41 min. 55 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	1 min. 53 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	83,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	16,7%
Tempo total com soprador	6 dias 16 horas. 36 min. 43 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	7,7 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	9,8 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,7 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	2 min. 40 segundos.
Média de IAH	9,2



ID do paciente:

DE MELO, EDSON BRAULIO


Definições do Dispositivo a partir de 24/03/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	1
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Fixa

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

Fixo

