


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		31/01/2026 - 01/03/2026	
Dias de utilização		30/30 dias (100%)	
>= 4 horas		30 dias (100%)	
< 4 horas		0 dias (0%)	
Horas de utilização		235 horas 13 minutos	
Utilização média (total de dias)		7 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 55 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/03/2026)		4,439 horas	
AirSense 10 Elite			
Número de série		22201059820	
Modo		CPAP	
Pressão definida		8.6 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 1.9	Percentil 95.º: 29.0	Máximo: 42.3
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 2.5	IAH: 3.7
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid 0.2
Índice RERA	0.4		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		1 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22201059820


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

