

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

29/09/2025 - 28/10/2025

Dias de utilização	30/30 dias (100%)
>= 4 horas	29 dias (97%)
< 4 horas	1 dias (3%)
Horas de utilização	228 horas 1 minutos
Utilização média (total de dias)	7 horas 36 minutos
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 36 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 54 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/10/2025)	3,554 horas


AirSense 10 Elite

Número de série	22201059820
Modo	CPAP
Pressão definida	8.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia

Fugas — l/min	Mediana: 1.6	Percentil 95.º: 25.2	Máximo: 39.9
Eventos por hora	IA: 1.6	IH: 2.7	IAH: 4.3
Índice de apneia	Central: 1.1	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid 0.1
Índice RERA	0.4		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	2 minutos (1%)		

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22201059820


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

