


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/04/2026 - 08/04/2026
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	49 horas 25 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 4 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 4 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 13 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/04/2026)	2,297 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221830374
Modo	AutoSet
Pressão mín.	10 cmH2O
Pressão máx.	12.8 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 11.7	Percentil 95.º: 12.7	Máximo: 12.7	
Fugas — l/min	Mediana: 0.5	Percentil 95.º: 12.7	Máximo: 22.5	
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 0.3	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221830374


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

