


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/04/2026 - 29/04/2026
Dias de utilização	15/21 dias (71%)	
>= 4 horas	11 dias (52%)	
< 4 horas	4 dias (19%)	
Horas de utilização	69 horas 38 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 19 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 39 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 53 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/04/2026)	2,367 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221830374
Modo	CPAP
Pressão definida	11.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.3	Percentil 95.º: 9.0	Máximo: 18.0	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.2	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221830374


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

