


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/03/2026 - 05/04/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		6 dias (86%)
< 4 horas		1 dias (14%)
Horas de utilização		46 horas 50 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 41 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 41 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 11 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/04/2026)		3,764 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653843
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.8	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 15.3	Percentil 95.º: 41.1	Máximo: 71.7	
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 0.7	IAH: 1.7	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.2
Índice RERA				0.8
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653843


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

