


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		31/03/2026 - 08/04/2026
Dias de utilização	9/9 dias (100%)	
>= 4 horas	8 dias (89%)	
< 4 horas	1 dias (11%)	
Horas de utilização	69 horas 4 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 40 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 40 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 16 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/04/2026)	5,032 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291899
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	7.9	Percentil 95.º:	7.9	Máximo:	7.9
Fugas — l/min	Mediana:	5.6	Percentil 95.º:	22.7	Máximo:	81.7
Eventos por hora	IA:	0.2	IH:	0.9	IAH:	1.1
Índice de apneia	Central:	0.1	Obstrutiva:	0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA						0.4
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291899


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

