


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		31/03/2026 - 06/04/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		52 horas 11 minutos
Utilização média (total de dias)		7 horas 27 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 27 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 37 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/04/2026)		10,506 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211229444
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.6	Percentil 95.º: 8.1	Máximo: 9.2	
Fugas — l/min	Mediana: 1.4	Percentil 95.º: 18.9	Máximo: 32.7	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.2	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.0
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211229444


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

