


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/04/2026 - 29/04/2026
Dias de utilização		13/13 dias (100%)
>= 4 horas		13 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		72 horas 15 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 33 minutos
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 33 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 31 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/04/2026)		3,250 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024638
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.9	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.3	Percentil 95.º: 9.8	Máximo: 19.8	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 2.2	IAH: 3.0	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA				1.5
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638

Utilização (horas)

Dias de utilização **13/13 (100 %)**

>= 4 horas dias

13 (100 %)


< 4 horas dias

0 (0 %)

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **5,6 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **19,8**

% 95.º (méd.) **9,8**

Mediana (méd.) **0,3**



Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**


Definir pressão máx. **10,0**

Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **10,0**

% 95.º (méd.) **10,0**

Mediana (méd.) **9,9**



IAH (eventos/hora)

IAH **3.0**

IH **2.2**

IA **0.8**

IAC **0.6**

IAO **0.2**

IAD **0.0**

RERA **1.5**

%RCS (méd.) **0.0**

