


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/04/2026 - 11/05/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	23 dias (77%)	
< 4 horas	5 dias (17%)	
Horas de utilização	185 horas 26 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 11 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 37 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 4 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/05/2026)	3,862 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024667
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.7	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 8.4	Máximo: 20.5	
Eventos por hora	IA: 2.2	IH: 0.3	IAH: 2.5	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 1.8	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024667


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

