


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/04/2026 - 13/04/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		46 horas 3 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 35 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 35 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 20 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/04/2026)		3,810 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653843
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.2	Percentil 95.º: 9.7	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 7.9	Percentil 95.º: 27.6	Máximo: 37.4	
Eventos por hora	IA: 7.4	IH: 0.5	IAH: 7.9	
Índice de apneia	Central: 2.6	Obstrutiva: 4.6	Desconhecid	0.1
Índice RERA				0.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653843


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

