


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/01/2026 - 17/02/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	26 dias (87%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	150 horas 25 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 11 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 17 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/02/2026)	7,815 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22201153481
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.3	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 10.4	Percentil 95.º: 28.7	Máximo: 37.4	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.3	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201153481


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

