


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/10/2025 - 03/11/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	236 horas 42 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 53 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 53 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 2 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/11/2025)	10,960 horas	

AirSense 10 AutoSet For Her	
Número de série	22161489819
Modo	AutoSet for Her
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	13 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.6	Percentil 95.º: 11.9	Máximo: 12.4	
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 10.2	Máximo: 19.6	
Eventos por hora	IA: 1.4	IH: 0.4	IAH: 1.8	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 1.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet For Her

NS: 22161489819


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

