


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/04/2026 - 19/04/2026
Dias de utilização	12/12 dias (100%)	
>= 4 horas	11 dias (92%)	
< 4 horas	1 dias (8%)	
Horas de utilização	97 horas 45 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 9 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 16 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/04/2026)	12,271 horas	

AirSense 10 AutoSet For Her	
Número de série	22161489819
Modo	AutoSet for Her
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	12.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.2	Percentil 95.º: 12.1	Máximo: 12.5	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 9.1	Máximo: 23.1	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.5	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet For Her

NS: 22161489819


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

