


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                      | 22/04/2026 - 04/05/2026 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 13/13 dias (100%)    |                         |
| >= 4 horas                                                   | 13 dias (100%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)          |                         |
| Horas de utilização                                          | 118 horas 13 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 9 horas 6 minutos    |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 9 horas 6 minutos    |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 9 horas 12 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 04/05/2026) | 2,857 horas          |                         |

| AirSense 10 AutoSet |             |
|---------------------|-------------|
| Número de série     | 22231653863 |
| Modo                | CPAP        |
| Pressão definida    | 7.6 cmH2O   |
| EPR                 | Desl.       |

| Terapia                                            |                          |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-----|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 7.2             | Percentil 95.º: 28.4 | Máximo: 41.4 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 38.9                 | IH: 1.1              | IAH: 40.0    |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 31.0            | Obstrutiva: 3.1      | Desconhecid  | 4.6 |
| Índice RERA                                        | 0.5                      |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 3 horas 58 minutos (43%) |                      |              |     |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653863


## Utilização (horas)



## Fuga (l/min)



## Pressão (cmH2O)



## IAH (eventos/hora)

