


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 08/04/2026 - 13/04/2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 6/6 dias (100%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 6 dias (100%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)         |                         |
| Horas de utilização                                          | 54 horas 56 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 9 horas 9 minutos   |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 9 horas 9 minutos   |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 9 horas 16 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 13/04/2026) | 2,669 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |             |
|---------------------|-------------|
| Número de série     | 22231653863 |
| Modo                | AutoSet     |
| Pressão mín.        | 4 cmH2O     |
| Pressão máx.        | 7 cmH2O     |
| EPR                 | Desl.       |
| Resposta            | Padrão      |

| Terapia                                            |                          |                      |              |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 7.5             | Percentil 95.º: 9.3  | Máximo: 9.5  |      |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 21.8            | Percentil 95.º: 43.8 | Máximo: 59.6 |      |
| Eventos por hora                                   | IA: 40.3                 | IH: 0.7              | IAH: 41.0    |      |
| Índice de apneia                                   | Central: 20.5            | Obstrutiva: 1.0      | Desconhecid  | 18.8 |
| Índice RERA                                        | 0.6                      |                      |              |      |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 2 horas 24 minutos (26%) |                      |              |      |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653863


## Utilização (horas)



## Fuga (l/min)



## Pressão (cmH2O)



## IAH (eventos/hora)

