


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/04/2026 - 04/05/2026
Dias de utilização		12/12 dias (100%)
>= 4 horas		12 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		78 horas 29 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 32 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 32 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 30 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/05/2026)		2,565 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882369
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 10.4	Percentil 95.º: 25.8	Máximo: 47.0	
Eventos por hora	IA: 6.9	IH: 1.4	IAH: 8.3	
Índice de apneia	Central: 4.8	Obstrutiva: 1.9	Desconhecid	0.1
Índice RERA				1.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				9 minutos (3%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882369


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

