


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/04/2026 - 21/04/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (83%)	
< 4 horas	1 dias (17%)	
Horas de utilização	41 horas 34 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 56 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 56 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/04/2026)	2,479 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882369
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 10.0	Percentil 95.º: 22.8	Máximo: 46.8	
Eventos por hora	IA: 6.5	IH: 1.1	IAH: 7.6	
Índice de apneia	Central: 3.6	Obstrutiva: 2.7	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	21 minutos (4%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882369


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

