

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

12/08/2025 - 10/09/2025

Dias de utilização		30/30 dias (100%)	
>= 4 horas		27 dias (90%)	
< 4 horas		3 dias (10%)	
Horas de utilização		179 horas 23 minutos	
Utilização média (total de dias)		5 horas 59 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 59 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 2 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/09/2025)		1,028 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22232881617	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		6 cmH2O	
Pressão máx.		8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Padrão	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 7.8	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9
Fugas — l/min	Mediana: 7.6	Percentil 95.º: 26.5	Máximo: 42.7
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 1.0	IAH: 1.6
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.1		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		1 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881617

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**
>= 4 horas dias **27 (90 %)**
< 4 horas dias **3 (10 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **6,0 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **42,7**
% 95.º (méd.) **26,5**
Mediana (méd.) **7,6**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **8,0**
Definir pressão mín. **6,0**

Máximo (méd.) **7,9**
% 95.º (méd.) **7,9**
Mediana (méd.) **7,8**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **1.6**
IH ☐ **1.0**
IA ☐ **0.6**
IAC **0,5**
IAO **0,0**
IAD **0,0**
RERA **0,1**
%RCS (méd.) **0.3**

