


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/10/2025 - 10/11/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	223 horas 34 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 27 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 27 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 45 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/11/2025)	1,475 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881617
Modo	CPAP
Pressão definida	7.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 2.8	Percentil 95.º: 22.1	Máximo: 35.5	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 1.1	IAH: 1.9	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881617


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

