


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/01/2026 - 19/02/2026	
Dias de utilização		30/30 dias (100%)	
>= 4 horas		26 dias (87%)	
< 4 horas		4 dias (13%)	
Horas de utilização		176 horas 55 minutos	
Utilização média (total de dias)		5 horas 54 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 54 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 6 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/02/2026)		2,125 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22232881617	
Modo		CPAP	
Pressão definida		7.8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		2	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 6.3	Percentil 95.º: 33.7	Máximo: 52.4
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 1.9	IAH: 2.8
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid 0.0
Índice RERA		0.1	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881617


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

