


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/03/2026 - 04/04/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	18 dias (60%)	
< 4 horas	11 dias (37%)	
Horas de utilização	130 horas 19 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 21 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 30 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 35 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/04/2026)	5,038 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22211930080
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 30.6
Eventos por hora	IAH: 2.0

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22211930080

Utilização (horas)

Dias de utilização **29/30 (97 %)**
>= 4 horas dias **18 (60 %)**
< 4 horas dias **11 (37 %)**
Dias sem utilização **1 (3 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **4,5 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


% 95.º (méd.) **30,6**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **6,0**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **2.0**

