

MARINO MAGRINE, DANILO

Relatório de resumo

Data de nasc:	14/06/1978	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	16/04/2026 - 08/05/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	16/04/2026
ID do paciente:	DANILO MARINO MAG...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J366851084FE9				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 16/04/2026 - 08/05/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	16/04/2026 - 08/05/2026 (23 dias)
Dias com uso do aparelho	23 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	6 dias 17horas. 30 min. 59 segundos.
Uso máximo (1 dia)	10horas. 5 min. 51 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 1 min. 20 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 1 min. 20 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	4horas. 15 min. 29 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	6 dias 19horas. 44 min. 3 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,1 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	9,1 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	10,6 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	5,2




Definições do Dispositivo a partir de 08/05/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	5 cmH ₂ O
Pressão máx.	11 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Ativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Linear
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

