


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/04/2026 - 23/04/2026	
Dias de utilização		6/6 dias (100%)	
>= 4 horas		2 dias (33%)	
< 4 horas		4 dias (67%)	
Horas de utilização		17 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)		2 horas 52 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		2 horas 52 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		3 horas 26 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/04/2026)		4,642 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22222039537	
Modo		CPAP	
Pressão definida		8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 6.8	Máximo: 10.8
Eventos por hora	IA: 2.6	IH: 0.6	IAH: 3.2
Índice de apneia	Central: 2.5	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid 0.0
Índice RERA		0.6	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039537


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

