


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/04/2026 - 15/04/2026
Dias de utilização		1/1 dias (100%)
>= 4 horas		1 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		9 horas 52 minutos
Utilização média (total de dias)		9 horas 52 minutos
Utilização média (dias de utilização)		9 horas 52 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		9 horas 52 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/04/2026)		4,293 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22201105606
Modo	CPAP
Pressão definida	6.6 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 9.6	Percentil 95.º: 28.8	Máximo: 42.0	
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 0.0	IAH: 0.1	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.0
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201105606

Utilização (horas)

Dias de utilização1/1 (100 %)
>= 4 horas dias1 (100 %)
< 4 horas dias0 (0 %)
Dias sem utilização0 (0 %)
Dias sem dados0 (0 %)


Utilização/dia (méd.)9,9 h



Fuga (l/min)

Limite definido24,0 L/min


Máximo (méd.)42,0
% 95.º (méd.)28,8
Mediana (méd.)9,6



Pressão (cmH2O)

ModoCPAP
Definir EPRTempo total, 2.0

Pressão definida6,6



IAH (eventos/hora)

IAH0.1
IH0.0
IA0.1
IAC0.0
IAO0.1
IAD0.0
RERA0.0
%RCS (méd.)0.0

