



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Renzo Biondi

22/09/2025 a 06/10/2025

Paciente **9886**
Idade: **75 anos**
Peso: **Kg**
Altura: **NaN**
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 06/10/2025 - Pág. 1/2

Relatório do Paciente



Dados do Equipamento

Máquina: YH690B-246010007
Modo: CPAP
Pressão Inicial: 5 cmH2O
Pressão de terapia: 10 cmH2O
Rampa: 5 minutos
Nível de FPS: 0 cmH2O
Umidificação: Nível 5



Utilização

Dias de utilização: 14/15 dias (93%)
≥ 4 horas: 11 dias (73%)
< 4 horas: 3 dias (20%)
Horas de utilização: 71h28
Utilização média (por dia): 5h6



Terapia

Pressão (cmH2O):	Fugas (L/min):	Eventos por hora:
Mediana: 9.8	Mediana: 1.1	IA 0.17
Percentil 90.º: 10.0	Percentil 90.º: 1.9	IH 3.57
Máximo: 10	Máximo: 2.8	IAC 0.01
		IAH 3.74



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br


Renzo Biondi

22/09/2025 a 06/10/2025

Paciente: 9886
Idade: 75 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 06/10/2025 - Pág. 2/2


Utilização



Uso 5h6

Valores médios dos indicadores

Fuga



Fuga 1.17

Valores médios dos indicadores


Pressão



Pressão APAP 0.00
Pressão CPAP 9.74
FPS 0.00

Valores médios dos indicadores

Eventos



IA 0.17
IH 3.57
IAC 0.01
IAH 3.74

Valores médios dos indicadores



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@gaslive.com.br

Renzo Biondi
22/09/2025 a 06/10/2025

Paciente: 9886
Idade: 75 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 06/10/2025 - Pág. 2/2

Ronco

Ronco

0

Valores médios dos indicadores

