


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/08/2025 - 10/08/2025
Dias de utilização	10/10 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (60%)	
< 4 horas	4 dias (40%)	
Horas de utilização	46 horas 40 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 40 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 40 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 37 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/08/2025)	4,159 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221830332
Modo	CPAP
Pressão definida	9.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 2.8	Percentil 95.º: 25.0	Máximo: 57.5	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.8	IAH: 2.0	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.5
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221830332


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

