



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

Renzo Biondi
22/02/2026 a 23/03/2026

Paciente 9886

Idade: 76 anos

Peso: Kg

Altura: NaN

IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 23/03/2026 - Pág. 1/2

Relatório do Paciente

 **Dados do Equipamento**

Máquina:

YH690B-246010007

Modo:

CPAP

Pressão Inicial:

5 cmH2O

Pressão de terapia:

10 cmH2O

Rampa:

5 minutos

Nível de FPS:

0 cmH2O

Umidificação:

Nível 5

 **Utilização**

Dias de utilização:

29/30 dias (96%)

≥ 4 horas:

19 dias (63%)

< 4 horas:

10 dias (33%)

Horas de utilização:

132h4

Utilização média (por dia):

4h33

 **Terapia**

Pressão (cmH2O):

Mediana: 10.0

Percentil 90.º: 10.0

Máximo: 10

Fugas (L/min):

Mediana: 4.0

Percentil 90.º: 8.8

Máximo: 12.8

Eventos por hora:

IA 0.23

IH 0.89

IAC 0.13

IAH 1.12



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Renzo Biondi


22/02/2026 a 23/03/2026

Paciente: 9886
Idade: 76 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 23/03/2026 - Pág. 2/2

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com


Utilização



● Uso 4h33

Valores médios dos indicadores


Fuga



● Fuga 4.59

Valores médios dos indicadores

Pressão




● Pressão APAP 0.00

● Pressão CPAP 10.00

● FPS 0.00

Valores médios dos indicadores

Eventos



● IA 0.23

● IH 0.89

● IAC 0.13

● IAH 1.12

Valores médios dos indicadores



SmartLive Business
Portal de Monitorização (Beta)

Gerado por
sac@brasil.cavagnagroup.com

Renzo Biondi
22/02/2026 a 23/03/2026

Paciente: 9886
Idade: 76 anos
Peso: Kg
Altura: NaN
IMC:

SONOFISIO
sonofisio.mf@gmail.com
Relatório gerado em: 23/03/2026 - Pág. 2/2

Ronco

Ronco

0

Valores médios dos indicadores

