


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/04/2026 - 25/04/2026
Dias de utilização	5/5 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	34 horas 38 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 56 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 56 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 20 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/04/2026)	509 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	2222291908
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.0	Percentil 95.º: 9.6	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 2.4	Percentil 95.º: 36.7	Máximo: 95.5	
Eventos por hora	IA: 4.5	IH: 0.9	IAH: 5.4	
Índice de apneia	Central: 3.4	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.6
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291908

